



河南省人民医院仪器、设备验收报告

验字第 YSBG-20250995

预算项目编码		预算项目名称	皮肤镜影像系统
设备名称	皮肤镜影像系统	设备型号	CH-MSDS-II
设备数量	1	设备品牌	创弘
序列号	CH-MSDS-II-20251015	设备单价(元)	247000.00
设备安放地点	经五路7号楼2楼东	设备总价(元)	247000.00
设备归属科室	医学美容中心[经]	中标通知及招标编号	豫财招标采购-2025-1035
销售公司名称	河南省方石医疗科技有限公司	销售公司联系人/电话	史贵华 19855607336
生产厂家电话	400-6880628	销售公司负责人/电话	石马兰 13865989394
工程师及联系电话	杨蕻 18717296023	销售公司固话	--

主要配置: 详见配置清单.

验收项目	备注	验收项目	备注
<input type="checkbox"/> 到货验收是否合格	到货验收合格	<input type="checkbox"/> 生产厂家、供应商资质	已提供
<input type="checkbox"/> 医疗器械注册证	粤械注准20242061101	<input type="checkbox"/> 商检报告、报关单	--
<input type="checkbox"/> 医疗器械相关认证证书	已提供	<input type="checkbox"/> 操作使用培训	已培训
<input type="checkbox"/> 技术资料(说明书、维修手册)	已提供	<input type="checkbox"/> 操作规程	交使用科室
<input type="checkbox"/> 维修密码	无	<input type="checkbox"/> 运行正常	运行良好
<input type="checkbox"/> 发票复印件	已提供	<input type="checkbox"/> 维修保养计划及内容	每年不少于四次维护保养

补充说明: 无

验收过程存在问题: 无

使用科室负责人		医学装备部验收人员	
医学装备部负责人		采供处负责人	
保修年限:	48个月	验收合格日期:	2026年2月3日