



单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	息县人民医院	
项目信息	项目名称	息县人民医院飞利浦血管机球管更换项目
	供应商名称	飞利浦(中国)投资有限公司
专业人员信息	姓名	
	职称	
	工作单位	息县中心医院
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该球管是该机型专用配套的消耗性配件,是整体设备的运转核心部件,属于专用配件,具有唯一性,其它品牌、型号球管无法替代,无法使用,为确保设备的整体质量及使用寿命,应从原厂采购。</p> <p>根据政府采购法第三十一条规定,建议采用单一采购。</p>	
专业人员签字		日期: 2026年5月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述, 手工填写。